DENTSPLY

PASTA PROFILACTICA ODAHCAM

DOBRA

La Pasta Profilactica Odahcam es indicada para el uso en procedimientos de limpieza y pulimento, como parte del tratamento profesional de profilaxis de la caries y de la enfermedad periodontal.

COMPOSICIÓN
Piedra Poméz, Carbonato de Calcio, Glicerina, Agua, Sorbitol, Colorante, Espesantes, Aromatizantes, Edulcorante y Preservativos.

MODO DE EMPLEO
Remover del tubo y colocar en un pote dappen limpio la cantidad de pasta necesária para una profilaxis. Cerrar imediatamente el tubo después de la remoción del material, a fin de evitar alteración en la consistência del producto. Con un motor de baja rotación, dirigir la taza de goma (o el cepillo de Robinson) contra la superfície de la pasta hasta rellenarla. Iniciar la profilaxis por vestibular y lengual, evitando excesiva presión y mantenendo la taza de goma en un ángulo de 90° en relación a la superfície del diente. Para oclusal, recomendase el uso de un cepillo de Robinson para surcos profundos, cuidandose para non herir las margens de la encia. En los locales de difícil acceso, como en las caras proximales, recomendase el uso de palillos interdentales o cuñas de madera con pequeña cantidad de pasta.

DOBRA

NOTA: Durante la limpieza y el pulimento, la taza de goma (o cepillo) deve contener siempre la pasta, para evitar calientamento excesivo del diente. El control de la salivación deve ser hecho para evitar la diluición de la pasta y su deglutición.

PRECAUCIONES
1 - Mantener siempre el tubo hermeticamente cerrado para evitar alteración en la consistencia de la pasta.
2 - Evitar la ingestión de la pasta, lo que puede ocasionar náusea. En caso de ingestión excesiva, administrar copiosa cantidad de agua.

PRESENTACIÓN
Tubo contenendo 50g de pasta con sabor Tutti-Frutti.

ALMACENAMIENTO:
Almacenar al abrigo de calor y humidad.

PLAZO DE VALIDEZ:
3 años

DOBRA

USO PROFESIONAL

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda. - Rua Alice Hervê, 86 - CEP 25665-010
Petrópolis - RJ - CNPJ 31.116.239/0001-55 - www.dentsply.com.br
Central de Relacionamento: 0800 721 1200 - Registro ANVISA nº 10186370142
Resp. Técnico: Marcelle Cortezia - CRF-RJ Nº 7999 - Industria Brasileña
Importado y Distribuido en Latino América por:
DENTSPLY Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661
CP 1426BBI Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección Técnica: Nora Canoura - Disposición ANMAT 2606/97
Dentsply Chile Comercial Ltda.
Miguel Claro 285 - Providencia - Santiago - Chile
Dentsply Finance Co. - Carrera 21 Nº 84-47 - Bogotá, D.C.

"ECONOMIZE ENERGIA. RECICLAR MATERIALES ES PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE".

15 71 149 0000 - Rev. 05

VERSO

DENTSPLY

PASTA PROFILÁTICA ODAHCAM

A Pasta Profilática Odahcam é indicada para uso em procedimentos de profilaxia e polimento, como parte do tratamento profissional de prevenção da cárie e doença periodontal.

COMPOSIÇÃO:
Pedra Pomes, Carbonato de Cálcio, Glicerina, Água, Sorbitol, Corante, Aromatizantes, Espessantes, Edulcorantes ePreservativos.

MODO DE USAR:
Remover da bisnaga e colocar em um pote dappen limpo a quantidade necessária de pasta para uma profilaxia. Fechar imediatamente a bisnaga após a remoção do material, a fim de evitar a alteração na consistência do produto.
Com um motor de baixa rotação, dirigir a taça de borracha (ou escova de Robinson) contra a superfície da pasta até preenchê-la. Iniciar a profilaxia por vestibular e lingual, evitando pressão excessiva e mantendo a taça de borracha em ângulo de 90° com relação à superfície do dente.
Para oclusal, recomenda-se o uso de escova de Robinson para sulcos profundos, tomando cuidado para não ferir as margens gengivais. Nos locais de difícil acesso, como nas faces proximais, recomenda-se o uso de fio ou fita dental impregnados com pequenas quantidades de pasta.

NOTA: Durante a limpeza e o polimento, a taça (ou escova) deve conter sempre a pasta, para evitar aquecimento excessivo do dente. O controle da salivação deve ser feito para evitar a diluição da pasta e sua deglutição.

PRECAUÇÕES:
1 - Manter sempre a bisnaga hermeticamente fechada a fim de evitar alteração na consistência da pasta.
2 - Evitar a ingestão da pasta, o que pode ocasionar náuseas. Em caso de ingestão excessiva, administrar grande quantidade de água.

APRESENTAÇÃO:
Bisnaga contendo 50g de pasta no sabor Tutti-Frutti.

ARMAZENAMENTO:
Conservar ao abrigo de calor e umidade.

PRAZO DE VALIDADE:
3 anos

USO PROFISSIONAL

DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda. - Rua Alice Hervê, 86 - CEP 25665-010
Petrópolis - RJ - CNPJ 31.116.239/0001-55 - www.dentsply.com.br
Central de Relacionamento: 0800 721 1200 - Registro ANVISA nº 10186370142
Resp. Técnico: Marcelle Cortezia - CRF-RJ Nº 7999 - Indústria Brasileira
Importado y Distribuido en Latino América por:
DENTSPLY Argentina S.A.C.I. Gral. Enrique Martínez 657/661
CP 1426BBI Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Dirección Técnica: Nora Canoura - Disposición ANMAT 2606/97
Dentsply Chile Comercial Ltda.
Miguel Claro 285 - Providencia - Santiago - Chile
Dentsply Finance Co. - Carrera 21 Nº 84-47 - Bogotá, D.C.

"ECONOMIZE ENERGIA. RECICLAR MATERIAIS É PRESERVAR O MEIO AMBIENTE".

15 71 149 0000 - Rev. 05

FRENTE

PAINEL DE INFORMAÇÕES

Nome do Produto:	Pasta Profilática
Material:	Bula
Código do Material:	15711490000 - Rev. 05
Código Substituido:	15711490000 - Rev. 03
Dimensões mm:	110 x 160
Papel:	Off-set
Gramatura:	56,0g/m2
Dobras:	Conforme estabelecido na arte
Criada por:	Gráfica
Data Alteração:	22/02/2012
Plataforma	Corel Draw
Escala	100%
Cor da Bula	Preto
Número de Cores	1 cor

PMS Black

MERCADOS:

☐ Interno ☐ América Latina ☐ EUA ☐ CE

REVISADO POR:

☐ Aprovado ☐ Reprovado
Ass. _____ Data _____
Ass. _____ Data _____

APROVAÇÃO MARKETING

☐ Aprovado ☐ Reprovado
Ass. _____ Data _____

APROVAÇÃO EDUCAÇÃO CLÍNICA

☐ Aprovado ☐ Reprovado
Ass. _____ Data _____

APROVAÇÃO ASS. REGULATÓRIO

☐ Aprovado ☐ Reprovado
Ass. _____ Data _____

APROVAÇÃO PRODUÇÃO

SOMENTE MATERIAL DE EMBALAGEM
☐ Aprovado ☐ Reprovado
Ass. _____ Data _____

APROVAÇÃO VENDAS INTERNACIONAIS

SOMENTE MATERIAL DE EMBALAGEM
☐ Aprovado ☐ Reprovado
Ass. _____ Data _____

APROVAÇÃO DESENVOLVIMENTO

SOMENTE MATERIAL DE EMBALAGEM
☐ Aprovado ☐ Reprovado
Ass. _____ Data _____

APROVAÇÃO CONT. QUALIDADE

☐ Aprovado ☐ Reprovado
Ass. _____ Data _____

ESPECIFICAÇÕES

Motivo da alteração na Arte:
Conforme RCPM 0056/2012